

SIA "Centrālā laboratorija" Dzemdību nama testēšanas filiāles veikto testu nenoteiktību kopsavilkums 2022. gadā					
Tests	Iekārta	Nenoteiktība, CV%			Kopējā pieļaujamā nenoteiktība*, CV %
		Zemais līmenis	Vidējais līmenis	Augstais līmenis	
Hemostāze					
Protrombīns	BFT II		4.7%		<5
INR			2.99%		<5
APTL			4.36%		<5
Fibrinogēns			4.95%		<5
Klīniskā ķīmija					
ALAT	Roche, Integra 400	4%		2.8%	≤ 4
Mikroalbumīns		5.8%		1.65%	≤ 6
ASAT		2.9%		2.4%	≤ 4
Bil-D		3.9%		4%	≤ 4
Bil-T		4%		3.88%	≤ 4
Kalcijs		2%		2.47%	≤ 3
Hlors		1.73%		1.89%	≤ 2
Kreatinīns		2.8%		3.78%	≤ 5
CRP		3.60%		4.21%	≤ 5
Glikoze		3%		3.01%	≤ 3
Kālijs		1.38%		2%	≤ 2
Laktāts		2.35%		1.64%	≤ 3
LDH		2.01%		3.73%	≤ 5
Magnijs		2.83%		2.76%	≤ 3
Nātrijs		1.76%		1.94%	≤ 2
Fosfors		1.5%		2.04%	≤ 3
Kopējais olbaltums		2.01%		2.09%	≤ 3
Urīnskābe		2.48%		3.01%	≤ 3.5
Urīnviela	3.18%		3.41%	≤ 3.5	
		Hematoloģija			
Lymph%	Sysmex XS 800i	3.3%	2.8%	2.5%	3.3
Mono%		7.0%	5.3%	3.2%	10.0
Eo%		4.5%	4.3%	4.0%	8.0
Baso%		6.8%	5.0%	4.6%	8.0
Neut%		2.8%	1.4%	1.2%	3.0
WBC		2.8%	1.8%	1.6%	6
RBC		1.2%	1.3%	1.4%	2.4
HBG		1.3%	1.2%	1.1%	2.2
MCV		0.7%	0.8%	0.8%	2.2
MCH		1.2%	0.9%	1.0%	2.5
MCHC		1.2%	1.2%	1.3%	3
HCT		1.5%	1.2%	0.7%	2.2
PLT		5%	4.9%	2.1%	5