

**SIA "Centrālā laboratorija" Krāslavas filiāles (Rīgas iela 159,
Krāslava) veikto testu nenoteiktība 2022. gadā**

Tests	Iekārta	Nenoteiktība, CV%			Kopējā pieļaujamā nenoteiktība*, CV %
		Vidējais līmenis	Augstais līmenis	Zemais līmenis	
Hematoloģija					
Leikocīti	Sysmex XS 800i	1.38	1.36	1.8	18
Eritrocīti	Sysmex XS 800i	0.76	0.5	0.8	8
Hemoglobīns	Sysmex XS 800i	0.92	0.6	1.1	6
Hematokrīts	Sysmex XS 800i	1.48	1.5	2	9
MCV	Sysmex XS 800i	1.46	1.4	1.3	5
Trombocīti	Sysmex XS 800i	4.3	2.2	9.6	15
Neitrofīli (%)	Sysmex XS 800i	2.38	2.3	2.4	30
Limfocīti (%)	Sysmex XS 800i	2.4	2.6	2.6	30
Monocīti (%)	Sysmex XS 800i	9.9	11	8.3	30
Eozinofīli (%)	Sysmex XS 800i	6.7	6.5	6.5	30
Bazofīli (%)	Sysmex XS 800i	8	7.9	8.2	30
EGĀ	Alifax Roller 20	3.2	2.9	7.5	30
Hemostāze					
Protrombīns un INR	Sysmex CA600	7		8.2	23
APTL	Sysmex CA600	5.2	5.2		18
Fibrinogēns	Sysmex CA600	8.2			15
D-dimēri	Sysmex CA600	7.3	9.2		15
Klīniskā ķīmija					
Kopējais bilirubīns	Cobas Integra	4	4.8	-	22
Tiešais bilirubīns	Cobas Integra	5	5.5	-	36
ALAT	Cobas Integra	2.3	2.5	-	21
ASAT	Cobas Integra	2.2	2.1	-	21
GGT	Cobas Integra	1.8	2.1	-	21
Amilāze	Cobas Integra	1.4	1.8	-	30
Urīnviela	Cobas Integra	4	3.6	-	20
Kreatinīns	Cobas Integra	3.2	3	-	20
Urīnskābe	Cobas Integra	2.4	2.9	-	13
Kopējais olbaltums	Cobas Integra	2.2	2.5	-	10

Albumīns	Cobas Integra	2.5	2.3	-	20
Glikoze	Cobas Integra	1.9	1.9	-	15
C-reaktīvais olbaltums	Cobas Integra	2.3	3.9	-	20
Nātrijs	Cobas Integra	1.1	1.4	-	5
Kālijs	Cobas Integra	1.1	1.4	-	8
Hlors	Cobas Integra	1.3	1.3	-	8
Kalcijs	Cobas Integra	2	2.2	-	10
Kopējais holesterīns	Cobas Integra	2	2.2	-	13
ABL holesterīns	Cobas Integra	2.3	2.8	-	36
ZBL holesterīns	Cobas Integra	2.7	2.9	-	36
Triglicerīdi	Cobas Integra	2.1	2.3	-	16
Lipāze	Cobas Integra	2.9	3.1	-	25
HbA1c	Cobas Integra	1.7	2.2		18
u-albumīns	Cobas Integra	4.2	2.5		
u-kreatinīns	Cobas Integra	3.7	3.4		